



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΔΑ: 450746906P-2B5



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. **23** ΑΠΟ **11.10.11** ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^η/11.10.2011

ΘΕΜΑ 17 : Έγκριση επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για την ενοικίαση του απαραίτητου εξοπλισμού για υλοποίηση των παρεμβάσεων - υλοποίηση σύμβασης αγωγής και προαγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό, στα πλαίσια, του προγράμματος «Εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία: Αποτύπωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας».

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ' αριθμ. πρωτ.: 15141/03.10.11 (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. Ι. ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΗ σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/10-07-2007 τ.Α') "Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου"
2. Τις διατάξεις του ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ.134/18-06-2007 τ.Α') (Προμήθεια Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις) και όπως συμπληρώθηκε με την παραγρ.4 του άρθρου 24 του Ν.3846/10 (ΦΕΚ 66/11-05-2010)
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007 τ.Α') "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου"
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ.11) του ν.3867/2010 (ΦΕΚ.128/3.8.2010 τ. Α') σύμφωνα με τις οποίες "οι Διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης και της κτηριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ. Στις ανωτέρω προμήθειες θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή από εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς".
5. Ότι, το έργο «Εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια Υγεία: Αποτύπωση , πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013**» με κωδ. MIS 301205 και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση της χρηματοδότησης για την υλοποίησή του.
6. Την 1746/ 23-6-2011 απόφαση ένταξης της πράξης
7. Την 1895/Φ.Προεγκ/301205_1/8-7-2011 προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου.
8. Ότι το προαναφερόμενο έργο, έχει ενταχθεί στο προς έγκριση Π.Π.Υ.Υ. του 2011, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση και υλοποίησή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΔΑ: 450746906P-2B5



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

9. Την 21/7-9-2011 (θέμα 7) απόφασή σας με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου προς ενοικίαση εξοπλισμού β) η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για την ενοικίαση του εξοπλισμού και γ) ορίσθηκε επιτροπή αξιολόγησης την υποβληθεισών προσφορών.
10. Το 15141/29-9-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά και προτείνεται η επανάληψη της διαδικασίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^η/11.10.2011 ΘΕΜΑ 17

Εισηγούμεθα

Να αποφασίσετε:

1. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ανάθεσης ενοικίασης μέχρι την 31-12-2013 που θα διαρκέσει το πρόγραμμα, του απαραίτητου εξοπλισμού, ως ανωτέρω, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων - υλοποίηση σύμβασης αγωγής και προαγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό, στα πλαίσια, του προγράμματος «Εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013**» με κωδ. MIS 301205, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 15.000€, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με δημοσίευση στο διαδίκτυο (δι@ύγεια) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας και τη συλλογή τουλάχιστον τριών προσφορών, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της δημοσίευσης.
2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 €, σε βάρος των αναμενόμενων πιστώσεων του Κ.Α. 9916 (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ) του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.
3. Την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και υποβολής του σχετικού πρακτικού ανάθεσης, από την επιτροπή που ορίσθηκε με την 21/7-9-2011 (θέμα 7) απόφασή σας.
4. Την αποστολή εγγράφου για τον απολογιστικό έλεγχο του ν. του ν.3867/2010 στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση:

1. επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ανάθεσης ενοικίασης μέχρι την 31-12-2013 που θα διαρκέσει το πρόγραμμα, του απαραίτητου εξοπλισμού, ως ανωτέρω, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων - υλοποίηση σύμβασης αγωγής και προαγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό, στα πλαίσια, του προγράμματος «Εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013» με κωδ. MIS 301205, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 15.000€, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με δημοσίευση στο διαδίκτυο (δι@ύγεια) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΔΑ: 450746906P-2B5



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

μας και τη συλλογή τουλάχιστον τριών προσφορών, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της δημοσίευσης.

2. διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000 €, σε βάρος των αναμενόμενων πιστώσεων του Κ.Α. 9916 (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ) του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.
3. αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και υποβολής του σχετικού πρακτικού ανάθεσης, από την επιτροπή που ορίσθηκε με την 21/7-9-2011 (θέμα 7) απόφαση.
4. αποστολής εγγράφου για τον απολογιστικό έλεγχο του ν. του ν.3867/2010 στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΚΥΡΟΥΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αθήνα 12.10.2011
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24, 50ς ΟΡΟΦΟΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ 31-10-2011, ΕΩΣ 13:00΄.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-11-2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00΄, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ


Με την συμβολή της Ελλάδας
και



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
2007-2013
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου Παιδών «Π. & Α. Κυριακού»

Τεχνικές Προδιαγραφές Ενοικίασης Εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 3/11/2010 με αριθμό 301205.

Η πρώτη φάση της δράσης, θα γίνουν μετρήσεις οι οποίες θα αφορούν ύψος, βάρος, αρτηριακή πίεση, περίμετρο μέσης και περίμετρο λαιμού από τις οποίες θα προκύψουν καμπύλες βασισμένες σε μεγάλο δείγμα 40000 μαθητών ηλικίας 6-15 χρ., αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, για ανάστημα, βάρος, δείκτη μάζας σώματος, αρτηριακή πίεσης, περιμέτρου μέσης και περιμέτρου λαιμού. Επίσης θα γίνει εκτίμηση της φυσικής κατάστασης. Για την διενέργεια των μετρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια θα δημιουργηθούν πέντε κλιμάκια τα οποία θα εργάζονται παράλληλα.

Για να γίνουν οι μετρήσεις, είναι απαραίτητη η ενοικίαση οργάνων, τα οποία έχουν ελεγχθεί και σταθμισθεί ως τα πλέον αξιόπιστα σε διεθνείς μελέτες και συγκεκριμένα

4 φορητών ηλεκτρονικών ζυγών που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

μέγιστο βάρος 200 κιλά
διαβάθμιση βάρους
0 κιλά, <0,1>200 κιλά,
0 lb<0,2lb>31 st
Πιστοποίηση MDD,NAWI Class III
Με τις τσάντες μεταφοράς

Θα προτιμηθούν ζυγοί που έχουν δοκιμασθεί και σταθμιστεί σε διεθνείς κλινικές επιδημιολογικές μελέτες

Προβλεπόμενο κόστος + ΦΠΑ : 2500 ευρώ

4 φορητών αναστημόμετρων με τις παρακάτω προδιαγραφές :

εύρος ύψους : 14-200εκ
διαβάθμιση 0.1εκ
ελαφρύ, εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα με γρήγορη ανασύσταση και βάση σταθεροποίησης.

Θα προτιμηθούν αναστημόμετρα που έχουν δοκιμασθεί και σταθμιστεί σε διεθνείς κλινικές επιδημιολογικές μελέτες
Προβλεπόμενο κόστος + ΦΠΑ : 1300 ευρώ

1 φορητό αναστημόμετρο με όλες τις ιδιότητες του σταθερού Harpenden αναστημόμετρου σε φορητή μορφή (portable Harpenden stadiometer). Το αναστημόμετρο αυτό είναι διεθνώς αποδεκτό ως το «gold standard» για

μέτρηση ύψους και θα χρησιμεύσει για την στάθμιση και επιβεβαίωση εγκυρότητας και των υπολοίπων αναστημομέτρων, γι αυτό κρίνεται σκόπιμο να είναι το συγκεκριμένο.

Πιο αναλυτικά το προσαναφερόμενο αναστημόμετρο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές :

Ακριβείς μετρήσεις στο πλησιέστερο χιλιοστό
Εύρος 810mm -2080mm
Εξαιρετικά εύκολο στην ανασύσταση, αποτελούμενο από δύο μέρη και μια βάση
Αποσυναρμολογούμενο τα δύο μέρη αναδιπλώνονται στην βάση, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί σε θήκη (εσάντα μεταφοράς)
Βάρος (με την βάση) περίπου 20.kg
Διαστάσεις βάσεως περίπου 120cm X 35cm X 75cm, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται

Προβλεπόμενο κόστος + ΦΠΑ :: 2200 ευρώ

4 φορητά ηλεκτρονικά πιεσόμετρα με τις παρακάτω προδιαγραφές :

Κλινικώς πιστοποιημένο
Με καλώδιο σύνδεσης USB με Η/Υ
Περιλαμβάνει CD-ROM με λογισμικό υπέρτασης και διαχείρισης δεδομένων ασθενών στον Η/Υ
Λειτουργία σε ενήλικες και παιδιά (adult and pediatric modes)
Μεγάλη ψηφιακή οθόνη τριών ενδείξεων (16-LCD)
Λειτουργία μνήμης τουλάχιστον 28 μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα
Γρήγορη μέτρηση για αποφυγή συμφόρησης στο μπράτσο
Οήκη αποθήκευσης
Μπαταρίας και ρεύματος
Μπαταρία θωρακισμένη επαναφορτιζόμενη με μικρό σχετικό χρόνο επαναφόρτωσης (90% σε 12ώρες)
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας και επαναφόρτωσης μπαταρίας
Χρόνος λειτουργίας 8-12 ώρες (ανάλογα με την χρήση)
Ηχητικό σήμα σε μη φυσιολογικές μετρήσεις
Μετρά τη συστολική (30-260mmHg), διαστολική (15-235mmHg) και παλμούς της καρδιάς με ακρίβεια +/- 3bpm σε εύρος 30-220bpm
CE 0197 από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πιστοποιημένα για την εγκυρότητα τους σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα (International Protocol-EHS, BHS, ANSI/AAMI,)
Με τις θήκες μεταφοράς και τις περιχειρίδες σε τρία τουλάχιστον μεγέθη (παιδικό, ενήλικα, παχύσαρκου ενήλικα)

Θα προτιμηθούν ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που έχουν δοκιμασθεί σε διεθνείς κλινικές επιδημιολογικές μελέτες

Προβλεπόμενο κόστος + ΦΠΑ : 7800ευρώ

Θα προτιμηθούν ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που έχουν δοκιμασθεί σε διεθνείς κλινικές επιδημιολογικές μελέτες

Προβλεπόμενο κόστος + ΦΠΑ : 7600ευρώ


Και 4 χειροδυναμόμετρα με τις παρακάτω προδιαγραφές :

Εύρος μέτρησης : 5.0 to 100 Kg
Ελάχιστη μέτρηση : 0.1 Kg
Ακρίβεια : 2 Kg η καλύτερα
ισχύς : 2 x AA
ωρόριο λειτουργίας : 100 ώρες συνεχούς λειτουργίας
περιβάλλον λειτουργίας : θερμοκρασία 5 έως 35 βαθμοί, σχετική υγρασία 80%
η χαμηλότερα
διαστάσεις (mm) περίπου: 155W x 235D x55 H
βάρος : 0.7kg περίπου


προβλεπόμενο κόστος : 1400 ευρώ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστημίου Αθηνών



2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ.-Παιδίατρος Παιδοενδοκρινολόγος



3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΔΑΝΗΣ, Εργαφυσιολόγος, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστημίου Αθηνών.

